

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по запуску медицинской техники

При проведении анализа технических спецификаций, по запуску медицинской техники «Светильник медицинский светодиодный на мобильном основании», представленный потенциальным поставщиком, на рассмотрение тендерной комиссии, сделано следующее экспертное заключение:

Технические спецификации потенциального поставщика ТОО «SBK STANDARD» идентичны и полностью соответствуют заявленной технической спецификации.

Эксперт
заведующий родильным блоком



Батырова С.К.

Экспертное заключение на закуп медицинской техники Инфузионный шприцевой насос

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Антрофарм-НС»	АО «Ordamed»	ТОО «САПА Мед Астана»	ТОО «Inayat Ltd»
Предлагаемая модель :	Refusor compact plus	Stocus p5	Airess 2016	НР-30
Производитель :	В.Вауп Мельсунген АГ, Германия	АО «Ordamed», Казахстан	UAB Vitbehneda, Литва	Медкаштейн Медикал Технологи КО ЛТД Китай
Наименование комплектующего и его технические характеристики объявлены на закуп	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Встроенная ручка	Не соответствует Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации	Соответствует
Встроенная батарея	Не соответствует Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Жаким	Не соответствует Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению	Не соответствует Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению	Не соответствует Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению	Соответствует
Оригинальный шприц	Не соответствует Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации	Не соответствует Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению
Оригинальный удлинитель	Не соответствует Наименование заявленных комплектующих не	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации	Не соответствует Наименование заявленных комплектующих не соответствует

	соответствует регистрационному удостоверению			регистрационному удостоверению
Размер Ш x В x Г/ Вес Не более 290 x 98 x 220 мм / Не более 2,3 кг	Соответствует	Соответствует	Не соответствует 320*120*137 мм	Соответствует
Экран – Дисплей: не менее 240 x 320 пикселей, не менее 262 тыс. цветов, угол обзора: не менее 80 °	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации

Эксперт

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии

Демина А.Н

Экспертное заключение на закуп медицинской техники Монитор пациента

Наименование потенциальных поставщиков:	ТОО «ADiCom Ltd»	Иная	ТОО «Ishum Medical»	АО «Ordamed»
Предлагаемая модель:	Многофункциональный прикроватный монитор пациента в исполнении: Q7	Многофункциональный прикроватный монитор пациента в исполнении: Q7	Монитор пациента мультипараметрический в комплекте с принадлежностями, варианты исполнения: S90	Монитор пациента Primo i7
Производитель:	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd., Китай	Гуангдонг Биолайт Медитек Ко., Лтд. (Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd.), Китай	«Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.», Китай	Ordamed Co. Ltd., Республика Корея
Наименование комплектующего и его технические характеристики объявлены на закуп	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Цветной TFT дисплей с диагональю не менее 15"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует <i>Заявлено: Дисплей: - размер по диагонали 12,1 дюймов</i>
Наличие транспортировочной рукояти	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации
Дисплей – антибликовый	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации
Наличие режима – Standby	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации
Меню интерфейса – русскоязычное	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации	Соответствует
Наличие цифровых и графических трендов, длительностью не менее 168 часов	Соответствует	Соответствует	Не соответствует <i>Заявлено: График трендов: 160 часов Таблица трендов: 160 часов</i>	Соответствует

Возможность подключения карты памяти тип SD не менее 2 Тб.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Заявлено: Возможно подключение SD карты	Соответствует
Наличие заряжаемого литиевого аккумулятора емкостью: не менее 4000 mAh	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации: емкость
Аккумулятор: размер: не более 105x78x20мм	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации
Аккумулятор: вес: не более 0,36 кг	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации
Наличие электрического кабеля питания монитора пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации
Наличие кабеля заземления	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Требуемое количество не заявлено в технической спецификации	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации

Эксперт

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии

Демина А.Н.

Экспертное заключение по закупке медицинской техники Дефибриллятор

Наименование потенциальных поставщиков:	ТОО «Niko Pharm»	ТОО «Gaide»	Инайт	ТОО «Ishum Medical»	АО «Ordamed»
Предлагаемая модель :	Дефибриллятор-монитор Efficia DFM100	Дефибриллятор-монитор VeneHeart D3	Дефибриллятор-монитор VeneHeart D3	Дефибриллятор/монитор S8	Дефибриллятор серии Prometheus d3
Производитель :	Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	«Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.», Китай	Ordamed, Казахстан
Наименование комплектующего и его технические характеристики объявления на закуп	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Дефибриллятор-монитор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вес без аккумулятора не более 6 кг	Соответствует	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации	Соответствует Основной блок 4,7 кг	Не соответствует Вес: 7,2 кг без аккумулятора	Соответствует Вес: Легкий вес 5, 5 кг
Размеры не более 23,5 x 29 x 20,5 см.	Соответствует	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации	Не соответствует Размеры: (Ш×Г×В) 288×203×275 мм.	Не соответствует Размер: 323мм x 277 мм x 338 мм	Не соответствует Размеры: 310 x 220 x 215 мм (Ш x В x Г)
Встроенная ручка для переноски дефибриллятора-монитора	Соответствует	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации	Не соответствует Параметры не заявлены в технической спецификации	Соответствует Удобная ручка для переноски

Наличие кнопки включения режима для дефибриляции детей и грудных детей.	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Диапазон сопротивления тела пациента, при котором возможен разряд – 25 – 250 Ом.	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует
Новый, полностью заряженный аккумулятор должен обеспечивать не менее 100 циклов набора заряда/подачи разряда или не менее 2,5 часов мониторинга.	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Наличие внутреннего плавяги.	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует
Электроды ЭКГ для мониторинга из радиопрозрачного пеноматериала: Наличие самоклеящихся электродов из пеноматериала с влажными гелем и защиткой из углеволокна. Диаметр не более 50 мм. не менее 300 шт./уп.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует

			<p>наклеиваемых одноразовых (дет)</p> <p>Параметры не заявлены в технической спецификации</p>		
<p>Электроды многофункциональные для дефибрилляции для взрослых /детей: Наличие многофункциональных электродов для взрослых и детей. Минимальный вес пациента не более 10 кг. Наличие схемы расположения электродов на самих электродах. Длина провода не менее 1,2 м.</p>	Соответствует	Соответствует	<p>Не соответствует</p> <p>Набор внешних электродов для кардиостимуляции, АНД, одноразовый, взр:</p> <p>-Набор внешних многофункциональных электродов для дефибрилляции наклеиваемых одноразовых (взр)</p> <p>Параметры не заявлены в технической спецификации</p>	<p>Не соответствует</p> <p>Электроды дефибрилляции: Одноразовые многофункциональные электроды для взрослых и детей (для взрослых 10 шт, для детей 10 шт)</p> <p>Параметры не заявлены в технической спецификации</p>	<p>Не соответствует</p> <p>Параметры не заявлены в технической спецификации</p>

Эксперт врач анестезиолог и реаниматолог



Хасенов А.Д.